

RIOOLDEBIETMETERS MET ZWITSERSE NAUWKEURIGHEID

Prüfprotokoll vom 26.01.2023

Kommentar: 034 Oensingen ARA Falkenstein
 Messgerät: LDM DN250
 Messstellenbezeichnung: Mülliswil
 Prüfverantwortlicher: Tobias Rau
 Neigungswinkel in Fließrichtung:
 Absolute mittlere Abweichung: 1.04 %

